



# MGS DYAPASON SYSTEM UNCEMENTED IMPLANT

## MGS DYAPASON

STELO MODULARE DA REVISIONE

MODULAR REVISION STEM

VÁSTAGO MODULAR DE REVISIÓN

MODULARER REVISIONSSCHAFT



Recommended coupling					
Prox. Comp.	Distal component Ø2 (mm) in L4				
	14	16	18	20	22
A1	*	*			
A2	*	*			
A3	*	*			
A4	*	*			
B1		*	*	*	*
B2		*	*	*	*
B3		*	*	*	*
B4		*	*	*	*

Proximal part Kit*			
Ref.	Size	Type B (mm)	
		L2	Ø1
MGSK0A1	A1	55	17
MGSK0A2	A2	65	17
MGSK0A3	A3	75	17
MGSK0A4	A4	85	17
MGSK0B1	B1	55	21.5
MGSK0B2	B2	65	21.5
MGSK0B3	B3	75	21.5
MGSK0B4	B4	85	21.5

(\*) comprensivo di vite e tappo  
 (\*) includes the screw and the plug  
 (\*) incluye el tornillo y el tapón  
 (\*) einschl. Fixationsschraube und Verschlusseinsatz.

Distal component		
Ref.	Type B (mm)	
	L3	Ø2
MGS1314	130	14
MGS1614	160	14
MGS1316	130	16
MGS1616	160	16
MGS2116	210	16
MGS1318	130	18
MGS1618	160	18
MGS2118	210	18
MGS1320	130	20
MGS1620	160	20
MGS2120	210	20
MGS1622	160	22
MGS2122	210	22

### DESCRIZIONE

Stelo da revisione modulare retto composto da una parte prossimale ed una distale fissate tramite cono Morse con vite di serraggio e tappo di chiusura.

Parte prossimale: sezione trasversale ovoidale, con nervatura antero-posteriore antirotazione e spalla laterale con due fori passanti.

Angolo cervico-diafisario di 130°.

Parte distale: conica con 8 alette longitudinali, diapason distale rastremato.

### FINITURA SUPERFICIALE

Corindonatura, lucidatura a specchio sul collo.

### CONO

Cono 12/14

### MATERIALE

Lega di titanio Ti6Al4V (ISO 5832/3).

### CONFEZIONE STERILE

Sterilizzato per irraggiamento con raggi gamma

### DESCRIPTION

Straight, highly rough surface obtained through corundum. Morse-taper coupling between the distal component and the proximal component, with locking screw and closure plug. Proximal component: ovoidal cross section with 2 anti-rotation shoulders on the antero-posterior surface, along the anatomical axis. Rib with 2 through holes. Mirror-polished neck. Neck-shaft angle 130°.

Distal component: tapered profile with 8 longitudinal fins, nose-shaped tip with tuning fork flute.

### SURFACE TREATMENT

Treated with corundum. Mirror polished neck.

### TAPER

12/14 Taper

### MATERIAL

Titanium alloy  
Ti6Al4V (ISO 5832/3).

### STERILE PACKAGING

Sterilized by gamma irradiation

### DESCRIPCIÓN

Vástago de revisión modular recto que se compone de una parte proximal y una distal que se fijan por medio de cono de acoplamiento de tipo Morse, con tornillo de fijación y tapón de cierre.

Parte proximal: sección transversal ovoidal. Su superficie antero-posterior está formada por 2 fuertes nervios en forma de "cobra" antirotación. En la parte superior posee una nervadura con 2 orificios. Angulo cervico-diafisario de 130°. Parte distal: la sección cónica está provista de 8 aletas longitudinales. En la parte distal el vástago está provisto de una hendidura diapason.

### TRATAMIENTO SUPERFICIAL

Con corindón, pulidura a espejo sobre la superficie del cuello.

### CONO

Cono 12/14

### MATERIAL

Aleación de Titanio Ti6Al4V (ISO 5832/3).

### ENVASADO ESTÉRIL

Esterilizado por radiación gamma

### BESCHREIBUNG

Gerader, modularer Revisionsschaft, der aus einer proximalen und einer distalen Komponente besteht. Die Verbindung der Komponenten verwirklicht durch einen Morsekegel, mit Druck-Fixationsschraube und Verschlusseinsatz.

Proximalkomponente: eiförmiger Querschnitt, mit Ausladungen für hohe Rotationsstabilität auf den anterioren und posterioren Oberflächen und lateral Vorsprung mit 2 Perforationen.

Schenkelhalsachse mit 130°.

Distalkomponente: Kegelförmig, mit 8 Längsrippen. Distale Ende spitzbogig mit einer koronalen Schlitzung.

### OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

Oberflächenvergrößerung durch Korund, im Halsbereich Hochglanzpolierung.

### KONUS

Konus 12/14

### IMPLANTATWERKSTOFFE

Titan-Legierung Ti6Al4V (ISO 5832/3).

### STERILVERPACKUNG

Sterilisation mit Gammastrahlen

STEMS